



MOHP17012589\_O

التاريخ: ٢٠١٧ / ١٥ / ٣١

المحترمين السادة الأفاضل / مدراء المناطق الطبية  
المحترمين السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية و الخاصة  
تحية طيبة وبعد،

**م / تقارير السلامة للوسائل الطبية**

**BD MAX**  
**Becton Dickinson**  
**انتاج الشركة**

انطلاقاً من مبدأ التعاون المشترك لما فيه صحة الجميع، وبالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه نود اعلامكم بأن الشركة المصنعة قد اصدرت تحذيراً عند استخدام الوسائل الطبية المذكورة أدناه، والمستخدمة كمجموعة لجمع العينات للتحليل المخبري، وذلك بسبب زيادة معدل النتائج غير المحسومة وغير المحددة، والتي قد يؤدي إلى تكرار الاختبار أوأخذ عينات إضافية.

فيما يلي مواصفات المنتجات المتأثرة:

اسم المنتج	رقم المنتج
<b>BD MAX Vaginal Panel</b>	<b>443710</b>
<b>BD MAX UVE Specimen Collection Kit</b>	<b>443376</b>
<b>BD MAX CT/GC/TV</b>	<b>442970</b>
<b>BD MAX CT/GC</b>	<b>442969</b>

وستقوم الشركة المصنعة بالتواصل مع مورديها وتوفير ارشادات جديدة لجميع هذه الأجهزة المتأثرة لمنع حدوث مثل هذا الخلل. كما أن هذا التحذير لا يتطلب سحب أو استرجاع هذه المنتجات.

علماً بأن هذه الوسائل الطبية غير مسجلة في إدارة الدواء ولكن حرصاً منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجدت لديكم.

وفي حال وجود أي أستلهة يرجى عدم التردد في الاتصال بإدارة الدواء على العنوانين التالية:

هاتف: ٠٤- ٢٣٠١٩٤٨ أو فاكس ٠٤- ٢٣٠١٤٤٨  
البريد الإلكتروني: [pv@moh.gov.ae](mailto:pv@moh.gov.ae)  
وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير

د. أمين حسين الأميركي  
وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص  
رئيس اللجنة العليا للبيئة الدوائية



صدر ببيان عام الوزارة/اليمن بتاريخ ٢٠١٧ / ١٥ / ٣١

نسخة : لـ :

معالي / وزير الصحة ووقاية المجتمع  
معالي / رئيس مجلس ادارة هيئة الصحة - دبي  
سعادة / وكيل وزارة الصحة وقاية المجتمع  
سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات  
سعادة / مدير المكتب الطبي / وزارة شؤون الرئاسة  
سعادة / مدير التقديمي لمدينة دبي الطبية  
سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة  
سعادة / مدير دائرة التنظيم الصحي - أبو ظبي  
سعادة / مدير إدارة التكنكن والأمتحن الصحي  
سعادة / مدير إدارة الدواء

مدير إدارة الدواء