



المحترمين

السادة/ مدراء المناطق الطبية
السادة / مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة
السادة / الأطباء والصيدالدة ومساعدى الصيدالدة
السادة / مدراء الصيدليات الحكومية والخاصة



MOHAP/O/18/008972

تحية طبية وبعد،،

م/ تقارير السلامة للوسائل الطبية
CORAL AMT Neck Trials Surgical Instruments
من انتاج شركة DePuy Synthes

بداية يهديكم قطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص اطيب التحيات ونقدم إلى مقام سعادتكم بالشكر والتقدير على جهودكم الطبية والخيرة والتواصل الدائم المثمر مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
وبالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه نود إعلامكم بأن الشركة المصنعة قد اصدرت تحذيرا عند استخدام الوسيلة الطبية المذكورة أعلاه، والتي تستخدم في عمليات جراحة عظام الورك، وذلك بسبب وجود مخلفات ومواد الحطام خلف الحلقة (O). وسوف تقوم الشركة المصنعة بالتواصل مع مورديها لتصحيح او استبدال الوسائل الطبية المتأثرة. فيما يلي قائمة بأرقام الأجهزة المتضررة:

رقم المنتج	رقم التشغيلات	اسم المنتج
L94003	جميع التشغيلات	CORAL AMT Neck SEG 125D STD
L94004	جميع التشغيلات	CORAL AMT Neck SEG 125D KLA
L94005	جميع التشغيلات	CORAL AMT Neck SEG 135D STD
L94006	جميع التشغيلات	CORAL AMT Neck SEG 135D KHO
L94007	جميع التشغيلات	CORAL AMT Neck SEG 135D SHORT

وعليه توصي الشركة المصنعة بالتالي:

- يمكن استخدام الوسائل الطبية المتضررة بعد إزالة الحلقة (O) حيث لا تؤثر على كيفية عملها.
- يجب اتباع الإرشادات الموضحة في دليل الخدمة التقنية لهذه المنتجات بخصوص تنظيف المنتج، الى ان يتم تصليحها من قبل المورد.

علما بأن هذه المنتجات غير مسجلة في إدارة الدواء ولكن حرصا منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجدت لديكم.
علما بأن هذه المنتجات غير مسجلة في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع ولكن حرصا منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجدت التشغيلات المتأثرة لديكم.
لمزيد من الاستفسارات الرجاء التواصل على الأرقام التالية:

هاتف: 2301448 - 04 أو فاكس: 2301947 - 04 أو البريد الإلكتروني: pv@moh.gov.ae
كما يمكنكم الاطلاع على التعاميم الصادرة على الموقع الإلكتروني:

<http://www.mohap.gov.ae/en/OpenData/Pages/default.aspx>

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

د. أمين حسين الأميري
وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص
رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية



نسخة لـ:

- معالي / وزير الصحة ووقاية المجتمع
- معالي / رئيس مجلس ادارة هيئة الصحة - دبي
- سعادة / وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع
- سعادة / مدير عام دائرة الصحة - أبو ظبي
- سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات
- سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية
- سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة
- سعادة / المدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية
- سعادة / مدير دائرة التنظيم الصحي - أبو ظبي
- سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة
- سعادة / مدير إدارة التمكين والامتثال الصحي
- سعادة / مدير إدارة الدواء
- الموقر ..الموقر ،،،
- المحترم ..المحترم ،،،
- المحترم ..المحترم ،،،
- المحترم ..المحترم ،،،
- المحترم ..المحترم ،،،
- المحترم ..المحترم ،،،
- المحترم ..المحترم ،،،
- المحترم ..المحترم ،،،
- المحترم ..المحترم ،،،
- المحترم ..المحترم ،،،

مدير الإدارة الدواء

Handwritten signature