



MOHP17010654_O

المحترمين
المحترمين

السادة الأفاضل/ مدراء المناطق الطبية
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية و الخاصة
تحية طيبة وبعد،،

م /تحذير من استخدام الوسيلة الطبية:

Diabetes Infusion Sets

من صنع شركة : Medtronic

نود أن نلفت انتباهكم بأن ادارة الغذاء والدواء الأمريكية قد أصدرت تحذيرا بأن شركة ميدترونيك قد قامت بإبلاغ المرضى في جميع أنحاء العالم بخصوص سحب عدد من التشغيلات للوسيلة الطبية المذكورة أعلاه، والمستخدمه مع جميع مضخات ميدترونيك للأنسولين، علما بأن السحب لا يشمل مضخات الأنسولين أو أجهزة رصد الجلوكوز. وذلك بسبب انسداد غشاء التنفيس (vent membrane) الموجودة في مجموعة هذه المضخات أثناء عملية مليء الأنابيب، مما قد يؤدي إلى زيادة جرعة الأنسولين، والتي قد تتسبب نقص السكر في الدم بسبب الجرعة الزائدة.

و حيث أن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، ولكن موجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا نوصي جميع ممارسي الرعاية الصحية عدم استخدام التشغيلات المتأثرة إن وجدت لديهم.

للمزيد من المعلومات عن التحذير والتشغيلات المتأثرة يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني:

<http://www.medtronicdiabetes.com/customer-support/product-and-service-updates/notice7-letter>

في حال حدوث أي أعراض جانبية يرجى ملئ الاستمارة الخاصة بالآثار الجانبية للدواء ADR والمتوفرة على البريد الإلكتروني:

<http://www.cpd-pharma.ae>. أو الاتصال على العناوين التالية:

هاتف: 04- 2301448 أو فاكس 04- 2301947 أو البريد الإلكتروني: pv@moh.gov.ae
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

د. أمين حسين الأميري

وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص



الموقر
..الموقر ،،
..المحترم ،،

صدر بيديوان عام الوزارة/السب بتاريخ 18-9-2017
نسخة ل:

معالي / وزير الصحة ووقاية المجتمع
معالي / رئيس مجلس ادارة هيئة الصحة - دبي
سعادة / وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع
سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات
سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية
سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة
سعادة / المدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية
سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة
سعادة / مدير دائرة التنظيم الصحي - أبو ظبي
سعادة / مدير إدارة التمكين والامتثال الصحي
سعادة / مدير إدارة الدواء

مدير ادارة الدواء