



MOHAP/O/18/009426

المحترمين
المحترمين

السادة / مدراء المناطق الطبية
السادة / مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة
السادة / الأطباء والصيادلة ومساعدي الصيادلة
السادة / مدراء الصيدليات الحكومية والخاصة

تحية طيبة وبعد،

م/ تقارير السلامة للوسائل الطبية

JM103 and JM105 Jaundice Meters

Draeger Medical Systems من انتاج شركة

بداية يهديكم قطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص اطيب التحيات ونقدم إلى مقام سعادتكم بالشكر والتقدير على جهودكم الطيبة والخيره والتواصل الدائم المثمر مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وبالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه نود إعلامكم بأن الشركة المصنعة قد اصدرت تحذيرا عند استخدام الوسائل الطبية المذكورة أعلاه، والتي تستخد كجهاز لفحص البريقان في الأطفال حديثي الولادة، وذلك بسبب احتمالية تفسير خاطيء عند قياس فرط بيليروبين في الدم (hyperbilirubinemia)، والتي قد تؤدي الى التأخير في العلاج.

وسوف تقوم الشركة المصنعة بالتواصل مع مورديها لتوضيح الإرشادات الموضحة في دليل الجهاز الى أن يتم تحديث برنامج الجهاز.

علمباً أن هذه المنتجات غير مسجلة في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع ولكن حرصاً منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجدت لديكم.

لمزيد من المعلومات عن التحذير يرجى مراجعة موقع الوكالة الأوروبية للأدوية والمنتجات الطبية:

JM103 and JM105 Jaundice Meters – risk of misinterpretation of measurement in hyperbilirubinemia cases.

لمزيد من الاستفسارات الرجاء التواصل على الأرقام التالية:

هاتف: 04-2301448 أو فاكس: 04-2301947 أو البريد الإلكتروني: pv@moh.gov.ae

كما يمكنكم الاطلاع على التعاميم الصادرة على الموقع الإلكتروني:

<http://www.mohap.gov.ae/en/OpenData/Pages/default.aspx>

وتفضوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

د. أمين حسين الأميري
وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص
رئيس اللجنة العليا لبيقظة الدوائية



نسخة لـ:

سعادة / مدير التفتيسي لمدينة دبي الطبية	الموقر ..
سعادة / مدير دائرة التنظيم الصحي - أبوظبي	.. المحترم ..
سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة	.. المحترم ..
سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات	.. المحترم ..
سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية .. المحترم المحترم ..
سعادة / مدير إدارة التسليم والتوزيع	.. المحترم ..
سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة	.. المحترم ..
سعادة / مدير إدارة التسليم والتوزيع	.. المحترم ..
سعادة / مدير إدارة الدواء	.. المحترم ..

مدير إدارة الدواء