



MOHP18001452\_O

التاريخ: ٣٠-٢-٢٠١٨

السادة الأفاضل / مدراء المناطق الطبية  
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة  
تحية طيبة وبعد ،

### الموضوع: تقارير السلامة للوسائل الطبية

### Volcano s5i/CORE/CORE Mobile systems with software v3.5 من انتاج شركة: Philips Volcano

انطلاقاً من مبدأ التعاون المشترك لما فيه صحة الجميع، وبالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه نود إعلامكم بأن الشركة المصنعة قد أصدرت تحذيراً حين استخدام البرنامج للوسيلة الطبية المذكورة أعلاه، وذلك لأنها قد تعطي نتائج خاطئة. وعليه توصي الشركة المصنعة مستخدمي الجهاز بأنه عند استخدام البرنامج، إذا ظهر على الشاشة تنبيه (warning) فيجب اختيار الزر "إلغاء" أو "X". فإذا قمت باختيار الزر "السماع بالوصول" فإنه يؤدي إلى نتائج خاطئة. وعليه فيجب إبلاغ الشركة لتصحيح المشكلة.

فيما يلي مواصفات التشغيلات المتأثرة:

| اسم المنتج                             | رقم الجهاز    | تاريخ الصنع |
|--|---------------|-------------|
| Volcano imaging system s 5i            | 807400001     | 2016/3/23   |
| Core mobile imaging system (120V)      | 400-0100.01   |             |
| Core mobile imaging system Refurbished | 400-0100.01-R |             |
| Core mobile imaging system (240V)      | 400-0100.07   |             |
| Core mobile imaging system Refurbished | 400-0100.07-R |             |
| Core mobile imaging system (100V)      | 400-0100.08   |             |
| Core mobile imaging system Refurbished | 400-0100.08-R |             |
| Core imaging system                    | 400-0100.02   |             |

علماً بأن هذه المنتجات غير مسجلة في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع وإنما حرماً منا على سلامة المرضى ارتأت الإداره إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجدت لديكم.

وفي حالة حدوث أية آثار جانبية ناجمة عن استخدام المنتج المذكور أعلاه يرجى التواصل على الأرقام التالية:

هاتف: ٢٣٠١٤٤٨ - ٠٤ أو فاكس ٢٣٠١٩٤٧ - ٠٤ أو البريد الإلكتروني: [pv@moh.gov.ae](mailto:pv@moh.gov.ae)  
وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير

  
د. أمين حسين الأميري  
وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص  
رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية



صدر ببيان عام الوزارة/الدبي بتاريخ :  
نسخة لـ :

- مالي / وزير الصحة ووقاية المجتمع
- مالي / رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة - دبي
- سعادة / وكيل وزارة المساعدة لقطاع المستشفيات
- سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية
- سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساعدة
- سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة
- سعادة / مدير التنفيذى لمدينة دبي الطبية
- سعادة / مدير دائرة التنظيم الصحي - أبوظبى
- سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة
- سعادة / مدير إدارة التمكين والامتثال الصحى
- سعادة / مدير إدارة الدواء

  
مدير إدارة الدواء

