



التاريخ: ٢٠١٨/٥/٢٩

تعيم اداري رقم (٨٣٧٤) لسنة ٢٠١٨



MOHAP/O/18/008374

المحترمين
المحترمين
المحترمين
المحترمين

السادة/ مدراء المناطق الطبية
السادة / مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة
السادة / الأطباء والصيادلة ومساعدي الصيادلة
السادة / مدراء الصيدليات الحكومية والخاصة

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : تحذير من استخدام شرائط اختبار الجلوكوز:

Accu-Chek Aviva, Accu-Chek Performa and Accu-Chek Inform II Test Strips من إنتاج شركة Roche Diabetes Care

بداية يهديكم قطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص اطيب التحيات ونتقدم إلى مقام سعادتكم بالشكراً والتقدير على جهودكم الطيبة والخبرة والتواصل الدائم المثمر مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

نود أن نلفت انتباه جميع المخاطبين بهذا التعليم بأن الشركة المصنعة قد قامت بإبلاغ وكالة تنظيم الأدوية ومنتجاتها الرعاية الصحية البريطانية (MHRA) بأن بعض التشغيلات من منتجات شرائط تحليل الجلوكوز بالدم المذكورة أعلاه قد تعطي نتائج خاطئة (عالية أو منخفضة) لمستوى الجلوكوز في الدم، مما يؤدي إلى خطأ في التشخيص والعلاج للمرضى مستخدمي هذه المنتجات.

علماً بأن التشغيلة المتأثرة التي تم توزيعها في الدولة هي: Accu-Chek Aviva Strips from Lot Nr. 496809
واما التشغيلات المتأثرة التي لم يتم توزيعها في الدولة عن طريق الوكيل المعتمد هي:

| | |
|---|---|
| 476614, 476617, 476618, 476340, 476605, 476638, 476639, 476653 | accu-chek inform ii test strips |
| 496802, 496807, 496809, 496915, 497391, 497392 | accu-chek aviva strips (50s) |
| 497344, 497392 | accu-chek aviva strips (10s) |
| 476597, 476646 | accu-chek performa strips (10s) |
| 10153116, 10153114, 10153115, 10153112, 10153111 | accu-chek performa nano mmol kit. (10s) |

للمزيد من المعلومات عن التحذير يرجى مراجعة موقع info@mhra.gov.uk: MHRA
وعليه توصي الوزارة عدم استخدام التشغيلات المعيبة إن وجدت لديكم.

لمزيد من الاستفسارات الرجاء التواصل على الأرقام التالية:

هاتف: ٢٣٠١٤٤٨ - ٠٤ أو فاكس: ٢٣٠١٩٤٧ - ٠٤ أو البريد الإلكتروني: pv@moh.gov.ae
كما يمكنكم الاطلاع على التعليمات الصادرة على الموقع الإلكتروني:

<http://www.mohap.gov.ae/en/OpenData/Pages/default.aspx>

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير، ،،

د. أمين حسين الأميري
وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص
رئيس اللجنة العليا للمقفلة الدوائية



نسخة ٢
 العلي / وزير الصحة ووقاية المجتمع
معالي / رئيس مجلس إدارة مدينة دبي الطبية .. الموقر ..
سعادة / وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع .. المحترم ..
سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات .. المحترم ..
سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية .. المحترم ..
سعادة / مدير المكتب الطبي بوزارة شؤون الرئاسة .. المحترم ..
سعادة / مدير التنسيق لمدينة دبي الطبية .. المحترم ..
سعادة / مدير دائرة التنظيم الصحي - أبو ظبي .. المحترم ..
سعادة / مدير إدارة سلاسل الخدمات الطبية/القوافل المسلحه .. المحترم ..
سعادة / مدير إدارة التكنولوجيا والابتكار الصحي .. المحترم ..
سعادة / مدير إدارة الدواء .. المحترم ..

ش.د.د. إدارة الدواء